

**Nº / ANO DA PROPOSTA:**

083918/2017

**OBJETO:**

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

**JUSTIFICATIVA:**

A Santa Casa de Marília é um hospital filantrópico regional de grande porte, CNES nº 2083116, e referência para o SUS em especialidades e procedimentos de alta complexidade como ortopedia e traumatologia, cirurgia cardíaca e hemodinâmica, neurocirurgia, oncologia e terapia renal substitutiva inclusive, transplante renal. Conta com serviços ambulatoriais em diversas especialidades como neurologia, oftalmologia, oncologia clínica e cirúrgica, adulto e infantil, nefrologia, ortopedia, cirurgia pediátrica, cardiologia, urologia, cirurgia bucomaxilofacial, oxigenoterapia hiperbárica, entre outros. Atende a uma população estimada em mais de um milhão de pessoas, sendo referência para 62 municípios da DRS IX-Marília. Instalada em uma área de 36.061 m<sup>2</sup> com 22.835 m<sup>2</sup> de área construída, a Santa Casa de Marília dispõe da seguinte estrutura: 186 leitos de internação, dos quais 39 leitos de UTI distribuídos entre tratamento de queimados, terapia intensiva adulto, terapia intensiva cardiológica, terapia intensiva neonatal e terapia intensivo pediátrica. Conta, ainda, com centro cirúrgico com 09 salas e 12 leitos de recuperação pós-anestésica. Conta com 355 médicos no seu corpo clínico e com 1.012 funcionários em dezembro de 2016. O presente projeto visa a aquisição de aparelhos de bipap e um drill para cirurgia neurológica onde estes equipamentos hoje são locados, gerando um custo elevado para a instituição (conforme laudo na aba anexos). Estes serviços já são oferecidos pela Santa Casa.

**1 - DADOS DO CONCEDENTE**

<b>CONCEDENTE:</b> 36000	<b>NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG:</b> MINISTERIO DA SAUDE		
<b>CPF DO RESPONSÁVEL:</b> 424.789.799-34	<b>NOME DO RESPONSÁVEL:</b> RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS		
<b>ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL:</b> Esplanada dos Ministérios - Gabinete		<b>CEP DO RESPONSÁVEL:</b> 70058-900	

**2 - DADOS DO PROPONENTE**

<b>PROponente:</b> 52.049.244/0001-62					
<b>RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:</b> IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARILIA					
<b>ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE:</b> AVENIDA VICENTE FERREIRA, 828					
<b>CIDADE:</b> MARILIA	<b>UF:</b> SP	<b>CÓDIGO MUNICIPAL:</b> 6681	<b>CEP:</b> 17515900	<b>E.A.:</b> Entidade Privada sem fins lucrativos	<b>DDD/TELEFONE:</b> 1434025559
<b>BANCO:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA		<b>AGÊNCIA:</b> 2001-0		<b>CONTA CORRENTE:</b> 0030022271	
<b>CPF DO RESPONSÁVEL:</b> 139.878.108-82	<b>NOME DO RESPONSÁVEL:</b> MILTON TEDDE				
<b>ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL:</b> RUA CORONEL JOSE BRAZ, 155, APTO. 1602 - BARBOSA				<b>CEP DO RESPONSÁVEL:</b> 17501570	

**4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES**

<b>VALOR GLOBAL:</b>	R\$ 200.000,00	
<b>VALOR DA CONTRAPARTIDA:</b>	R\$ 0,00	
<b>VALOR DOS REPASSES:</b>	Ano	Valor
	2017	R\$ 200.000,00
<b>VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:</b>	R\$ 0,00	
<b>VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:</b>	R\$ 0,00	
<b>VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO:</b>	R\$ 0,00	
<b>INÍCIO DE VIGÊNCIA:</b>	12/12/2017	
<b>FIM DE VIGÊNCIA:</b>	12/12/2018	
<b>VIGÊNCIA DO CONVÊNIO:</b>	2018	

**5 - PLANO DE TRABALHO**

**Meta nº: 1**

<b>Especificação:</b> Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes			
<b>Unidade de Medida:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5.0	<b>Valor:</b>	R\$ 200.000,00
<b>Início Previsto:</b> 12/12/2017	<b>Término Previsto:</b> 12/12/2018	<b>Valor Global:</b>	R\$ 200.000,00
<b>UF:</b> SP	<b>Município:</b> 6681 - MARILIA	<b>CEP:</b>	
<b>Endereço:</b>			
<b>Etapa/Fase nº:</b> 1			
<b>Especificação:</b> Etapa - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes			
<b>Quantidade:</b> 5.0 UN	<b>Valor:</b> R\$ 200.000,00	<b>Início Previsto:</b> 12/12/2017	<b>Término Previsto:</b> 12/12/2018

**6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  
MINISTERIO DA SAUDE**

<b>MÊS DESEMBOLSO:</b> Dezembro	<b>ANO:</b> 2017
<b>META Nº:</b> 1	<b>VALOR DA META:</b> R\$ 200.000,00
<b>DESCRIÇÃO:</b> Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	
<b>VALOR DO REPASSE:</b>	R\$ 200.000,00 <b>PARCELA Nº:</b> 1

**7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARILIA**

## 8 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> 011629-Serra/ Perfuradora Óssea (Drill)				
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Convênio			<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 449052	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> AVENIDA VICENTE FERREIRA				
<b>CEP:</b> 17515-900	<b>UF:</b> SP	<b>MUNICÍPIO:</b> 6681 - MARILIA		
<b>UNIDADE:</b> UN	<b>QUANTIDADE:</b> 1,00	<b>V. UNITÁRIO:</b> R\$ 60.000,00	<b>V.TOTAL:</b> R\$ 60.000,00	
<p><b>OBSERVAÇÃO:</b> Sistema de Dissecção óssea formado por Craniótomo/trépano e ?Drill? pneumáticos de alta rotação autoclavável, que atenda aos requisitos abaixo discriminados. Sistema de dissecção óssea pneumático de alta rotação (Craniótomo e Drill), para cortar e brocar ossos com rapidez e precisão, podendo ser utilizado em procedimentos de abertura de calota craniana (craniotomia) e modelagem óssea nas áreas de cirurgia da coluna vertebral (laminectomia), neurocirurgia, cabeça e pescoço e crânio maxilo facial, possuindo as características especificadas na presente descrição. Motor pneumático (?Drill?) autoclavável que trabalhe em até 76.000 RPM, ou mais, alimentado por nitrogênio a uma pressão típica de 5gkf/cm2, angulado no mínimo 15°, com sistema de engate rápido para acoplamento de ponteiras, além de fresas em aço inox cortantes e diamantadas. Controle de velocidade por meio de pedal, com sistema de alimentação por nitrogênio. Acessórios: - Um cabeçote de corte (craniótomo) esterilizável em autoclave, que permita movimentos vertical e horizontal, contendo dois protetores de duramater, nos tamanhos adulto e pediátrico. - Um trépano pneumático esterilizável em autoclave para uso com broca de parada automática. - Três ponteiras de tamanho aproximado de 80 mm, 120 mm e 160 mm, com dispositivo para troca de fresas cortantes em aço inoxidável e fresas diamantadas, com haste simples e diâmetro de 1,0 mm a 4,5 mm, aproximadamente. - Duas ponteiras de 90 mm e 110 mm, aproximadamente, com dispositivo para troca de fresas semi-cortantes em aço inoxidável, com haste dupla e diâmetro de 3,5 mm a 6,0 mm, aproximadamente. - Pedal para controle pneumático da velocidade, com ajuste progressivo e engate rápido. - Válvula reguladora com dois manômetros, para cilindro de nitrogênio. - Duas mangueiras de silicone, esterilizável em autoclave, de comprimento mínimo de 3 metros, para ser acoplada ao pedal. Acessórios: - duas fresas para trepanação com parada automática, do tipo Smith. - Duas fresas cortantes para o cabeçote de craniotomia. - Sete fresas cortantes em aço inoxidável, de diâmetros de 1,0 mma 4,5 mm, aproximadamente. - Cinco fresas diamantadas, com diâmetros de 2,0 mm a 4,5 mm aproximadamente. - Seis fresas semi-cortantes em aço inoxidável, de diâmetros de 3,5 mm a 6,0 mm, aproximadamente. - duas fresas de perfuração para o ?drill?, de 1,5 mm, aproximadamente. - Uma caixa para conter o motor para fins de esterilização em autoclave. - Uma maleta de couro para transporte das partes componentes. Requisitos Adicionais Fornecimento de todos os cabos, conexões, acessórios ou quaisquer outros componentes, indispensáveis ao funcionamento do equipamento na configuração descrita.ESPECIFICAR: SIM</p>				
<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> 011241-BIPAP com Monitor Gráfico				
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Convênio			<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 449052	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> AVENIDA VICENTE FERREIRA				
<b>CEP:</b> 17515-900	<b>UF:</b> SP	<b>MUNICÍPIO:</b> 6681 - MARILIA		
<b>UNIDADE:</b> UN	<b>QUANTIDADE:</b> 4,00	<b>V. UNITÁRIO:</b> R\$ 35.000,00	<b>V.TOTAL:</b> R\$ 140.000,00	
<p><b>OBSERVAÇÃO:</b> BIPAP com monitor gráfico. Equipamento utilizado para ventilação mecânica não invasiva com pressão positiva. Deve atender os seguintes tratamentos: Terapia intensiva, semi-intensiva, recuperação, fisioterapia, ventilação adulto e infantil. Deve operar com faixa de pressão de mínimo: 4 a 20 cm de H2O; Frequência respiratória mínima de 0 a 30 BPM. Possuir indicação de monitoração; Possuir alarmes internos; Oferecer no mínimo três modos ventilatórios. Deve realizar leituras no mínimo dos parâmetros IPAP, EPAP, CPAP, Frequência Respiratória, Tempo Inspiratório e Volume Corrente. Deve permitir o registro de dados. Possuir monitor gráfico em LCD que mostra os parâmetros em display. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: Máscara facial tamanho M reutilizável; Máscara facial tamanho G reutilizável; Máscara facial pediátrica reutilizável, Circuito para ventilação não invasiva reutilizável, Válvula de exalação reutilizável, Conectores para O2 reutilizável, Umidificador. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.ESPECIFICAR: SIM</p>				

## 9 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA				
Código	Total	Recursos	Contrapartida Bens e Serviços	Rendimento de Aplicação

<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
<b>Código</b>	<b>Total</b>	<b>Recursos</b>	<b>Contrapartida Bens e Serviços</b>	<b>Rendimento de Aplicação</b>
449052	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>R\$ 200.000,00</b>			

## 10 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao \_\_\_\_\_ para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos das dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

\_\_\_\_\_  
Local e Data

\_\_\_\_\_  
Proponente

## 11 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

**Aprovado**

\_\_\_\_\_  
Local e Data

\_\_\_\_\_  
Concedente  
(Representante legal do Órgão ou Entidade)

## 12 - ANEXOS

### Documentos Digitalizados do Convênio

**Nome do Arquivo:**

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 850724.pdf

TERMO DO CONVÊNIO Nº 850724.pdf