



Ministério da Saúde

Página: 1
17/09/2012 08:11:14

TERMO DE REFERÊNCIA

CNPJ: 52.049.244/0001-62

Nome do Órgão: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARILIA

UF: SP

Tipo Entidade ENTIDADE

Esfera Administrativa PARTICULAR

Endereço VICENTE FERREIRA, 828, - CASCATA

Município MARILIA

UF SP

CEP 17515900

DDD 0014 **Fone** 04335644

Responsável MILTON TEDDE

E-mail: contabilidade@santacasamarilia.com.br

Nº Proposta SICONV: 27971/2012

Objeto: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA.

DISPOSIÇÕES GERAIS

- A Coordenação Geral de Investimentos de Infraestrutura em Saúde (CGIS) procederá, conforme previsto no Termo de Convênio, à análise técnica com base na descrição e detalhamento nas especificações técnicas e nos valores apresentados, visando avaliar a compatibilidade técnica-econômica dos equipamentos médico-hospitalares (EMH), materiais permanentes (MP) e unidades móveis de saúde (UMS) descritos neste documento.
- De acordo com o Manual de Convênios do Fundo Nacional de Saúde (FNS), compete à Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) do Ministério da Saúde a análise dos aspectos relacionados ao mérito do pleito, objeto e objetivos, viabilidade e sustentabilidade do pleito.
- Compete ao Departamento de Informação e Informática do SUS (DATASUS) a análise técnico-econômica das propostas de financiamento para a aquisição de equipamentos de informática e estruturação de redes.
- Questões de ordem jurídico/legal e contábil/financeiro não fazem parte do escopo desta análise sendo de responsabilidade de outras áreas do Ministério da Saúde.
- Os EMH/MP e os respectivos quantitativos apresentados no quadro 1 deverão ser os mesmos constantes no Plano de Aplicação Detalhado aprovado pela Análise Técnica de Mérito e considerados financiáveis pelo Ministério da Saúde. Para itens cujo registro é obrigatório, os mesmos deverão estar validados na ANVISA.
- META: Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanentes ou Unidades Móveis de Saúde constantes no quadro 1.

Relação de EMH/ MP/ UMS pleiteados - Quadro 1

MUNICÍPIO: MARILIA

CNES: 2083116

UNIDADE ASSISTIDA:SANTA CASA DE MARILIA - AVENIDA VICENTE FERREIRA, 828, CASCATA - CEP:17515900

Item(s) Cadstrado(s)

Item	Descrição	Tipo	Qtd.	Vr. Solic	Vr. Tot Solic	Vr. Aprov	Vr. Tot Aprov
1	001002-Cama Hospitalar Tipo Fowler Elétrica	EQUIPAMENTO	30	6.000,00	180.000,00	6.000,00	180.000,00

Especificação Técnica

CHASSI: base construída em perfis de tubo de aço retangular, com pés recuados, tampo em material termoplástico de alta resistência. RODÍZIOS : Diâmetro de 150mm com banda de rodagem condutiva em poliuretano, com sistema de movimento/freio acionado por um único pedal, colocado em dois lados da base da cama, permitindo o movimento livre dos 4 rodízios em todas as direções, podendo direcionar 2 rodízios para longos cursos e travar os 4 rodízios, impedindo que a cama se movimente. ESTRUTURA DO ESTRADO: Construída em chapa de aço 3,2mm de espessura, perfilados em U. ESTRADO : Articulado em 4 seções, com estrutura rígida em chapa de aço 1,5mm, possibilitando os movimentos Fowler, Trendelemburg, Reverso do Trendelemburg, Sentado, Dorso, Flexão de Joelhos e elevação de leito . MOTORES : Todos movimentos são comandados por motores, blindados, tensão principal 127 ou 220 volts \pm 60 Hz. GRADES LATERAIS : Dois pares de grades laterais, sendo um par no dorso e um par na perna, de atuação independente, estruturada de alta resistência em poliuretano injetado, fixadas a cama, móveis pelo sistema de semi-giro, permitindo que fiquem acima e abaixo da cama, com trava de segurança, e sistema de embutí-las sob o leito. CABECEIRA E PESEIRA : Estruturada nas laterais em material de alta resistência e injetado em poliuretano.. PINTURA : Todas as peças metálicas, possuem tratamento antiferruginoso, a base de fosfato de zinco, e acabamento em pintura eletrostática a pó em resina epóxi-poliéster, polimerizado em estufa,. DIMENSÕES : Externas : 2,15 m x 1,10 . Internas: 1,90 x 0,90m. acompanha Colchão , capacidade 180 Kg. Estas camas hospitalares serão utilizadas na unidade de internação SUS(Ala D) para pacientes cirurgicos e pós



TERMO DE REFERÊNCIA

cirurgicos nas diversas especialidades atendidas nesta instituição. Este tipo de cama vem para auxiliar os colaboradores na assistência destes pacientes proporcionando seu melhor conforto e segurança com uma movimentação sutil, nas mudanças de decúbito higiene corporal no qual a equipe de enfermagem atua durante um longo período junto ao leito, melhorando risco ergonômico encontrado pelos nossos colaboradores ao prestar a assistência. Pode-se constatar a necessidade destas camas como mostrado em nossos Indicadores de Qualidade com o Evento Sentinela e as Escalas de Braden e Fugulin, onde mostra o perfil de nossos pacientes internados, alguns exemplos claros são: paciente/mês ζ média: ζ 600 pacientes ζ cuidados intermediários; ζ 700 pacientes ζ alta dependência; ζ 300 pacientes ζ cuidados semi-intensivo; ζ 500 pacientes ζ cuidados intensivos; ζ 500 pacientes ζ cuidados mínimos.

Item	Descrição	Tipo	Qtd.	Vr. Solic	Vr. Tot Solic	Vr. Aprov	Vr. Tot Aprov
2	002234-Mesa de Cabeceira	EQUIPAMENTO	30	400,00	12.000,00	400,00	12.000,00

Especificação Técnica

MESA DE CABECEIRA EM FÓRMICA Construída em madeira compensada de 15mm, revestida em fórmica. Com uma gaveta, uma divisão externa e uma porta. Puxadores e gradis cromados. Pés com rodízios de 50mm de diâmetro. Dimensões: 0,42 x 0,40 x 0,80m Estas mesas de cabeceira serão utilizadas na unidade de internação SUS(Ala D) para pacientes cirurgicos e pós cirurgicos nas diversas especialidades atendidas nesta instituição.

Item	Descrição	Tipo	Qtd.	Vr. Solic	Vr. Tot Solic	Vr. Aprov	Vr. Tot Aprov
3	002345-Poltrona	EQUIPAMENTO	10	800,00	8.000,00	800,00	8.000,00

Especificação Técnica

POLTRONA RECLINÁVEL PISTÃO A GÁS Estrutura inferior em tubo 31,75 x 1,5mm e superior em 25 x 25 x 1,2mm. Assento, encosto, braço e descanso para os pés anatômicos estofados em espuma de alta densidade, revestidos em courvim. Com descanso para os pés, articulados, com extensão concomitante à inclinação do encosto. Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica. Totalmente reclinável, permitindo várias posições através de pistão a gás. Pés com ponteiras. Dimensões: 1,60 x 0,55 x 0,45m. Estas poltronas serão utilizadas na unidade de internação SUS(Ala D) para pacientes cirurgicos e pós cirurgicos nas diversas especialidades atendidas nesta instituição.

	Qtd	Vlr Solic.(R\$)	Vlr Aprov.(R\$)
Total Informática:	0	0,00	0,00
Total Equipamentos:	70	200.000,00	200.000,00
Produto Médico:	0	0,00	0,00
Serviço:	0	0,00	0,00
Material Consumo:	0	0,00	0,00

Total Geral

Qtd Itens3	Qtde Total Itens:70	Valor Total:	200.000,00
------------	---------------------	--------------	------------

Informações Complementares

A manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos após o término do período de garantia será realizada através de:

Manutenção própria e externa

Existe infra-estrutura adequada para instalação e operação dos equipamentos pleiteados?

Sim

Os meios e recursos (materiais, humanos e financeiros) existentes estão devidamente adequados e dimensionados para se cumprir os objetivos?

Sim

A estratégia/ solução a ser adotada para aquisição dos EMH/ MP/ UMS será:

Pregão Presencial

Declaro estar ciente de todas as implicações legais concernentes a veracidade das informações aqui por mim apresentadas.

Nome: MILTON TEDDE

Cargo: Provedor

CPF: 13987810882



TERMO DE REFERÊNCIA
